

سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی MDR

MDR

Medical Device Reporting

امکان گزارش مشکل کیفی تجهیزات پزشکی
به صورت الکترونیکی به وزارت بهداشت

تمامی پزشکان، پرستاران و متخصصان
می توانند در صورت مشاهده اشکال
در طراحی و عملکرد تجهیزات پزشکی،
موضوع را به وزارت بهداشت اعلام
نمایند.

MDR

ب) عموم افراد جامعه و متخصصین حوزه سلامت:

مشخصات گزارش کننده: مشخصات وسیله پزشکی: حادثه ناگوار یا مشکل کیفی پزشکی:

مشخصات گزارش کننده:

نام: نام خانوادگی:

کد ملی: شغل:

کد نظام پزشکی / نظام پرستاری / نام محل وقوع حادثه یا مشکل کیفی:

داروسازی:

نوع مرکز پزشکی: استان: الیز:

شهر: دماوند: شماره تماس:

مشخصات گزارش کننده: مشخصات وسیله پزشکی: حادثه ناگوار یا مشکل کیفی پزشکی:

مشخصات وسیله پزشکی:

نوع وسیله: کاشتی یکبار مصرف دستگاه نام وسیله:

نام تجاری: نام سازنده:

مدل: سری ساخت:

آیا نمونه وسیله برای ارزیابی موجود است؟ بله خیر تاریخ کشف در بدن بیمار: [کلیک کنید]

شماره سریال:

نتایج سامانه MDR :

اطراح رسانی کالاهای دارای اشکال یا فاقد مجوز

در پورتال imed.ir :

گزارش های منجر به فراخوان

مشکل	وزنه	مشکل
تاریخ گذشته	مشکلات MDR	قیمت تجهیزات مصرفی
تاریخ گذشته	گزارش مشکلات غیر تجهیزات پزشکی	مورد اخیر جهت مرکز درمانی
تاریخ گذشته	فراخوان - Recall	قیمت تجهیزات مصرفی
تاریخ گذشته	اطلاعیه ها و هشدارهای ایمنی	مورد اخیر جهت عموم
تاریخ گذشته	استعلام بر حسب اجابت MDR	قیمت تجهیزات پزشکی
تاریخ گذشته	تکمیل اطلاعات سایر مشکلات بدون اطلاع از	قیمت تجهیزات پزشکی
تاریخ گذشته		قیمت تجهیزات پزشکی

کالاهای غیر مجاز

مشکل	وزنه	مشکل
تاریخ گذشته	مشکلات MDR	قیمت تجهیزات مصرفی
تاریخ گذشته	گزارش مشکلات غیر تجهیزات پزشکی	مورد اخیر جهت مرکز درمانی
تاریخ گذشته	فراخوان - Recall	قیمت تجهیزات مصرفی
تاریخ گذشته	اطلاعیه ها و هشدارهای ایمنی	مورد اخیر جهت عموم
تاریخ گذشته	استعلام بر حسب اجابت MDR	قیمت تجهیزات پزشکی
تاریخ گذشته	تکمیل اطلاعات سایر مشکلات بدون اطلاع از	قیمت تجهیزات پزشکی
تاریخ گذشته		قیمت تجهیزات پزشکی

الف) موسسات پزشکی:

۱

پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی

نام کاربری

رمز عبور

79765

ورود به سیستم

۲

منوی کاربری

- اطلاعات پایه
- مدیریت کاربران
- کالای پزشکی
- رتبه بندی
- گزارش مشکلات کیفی وسایل پزشکی
- راهنمای کاربری
- خروج

۳

حادثه ناگوار یا مشکل وسیله پزشکی

حادثه ناگوار مشکل وسیله

نوع: برگ تهید زنگی دسترسی شدن در بیمارستان ناتوانی یا آسیب دائمی ناهنجاری های مابزرگی نقصان در تولد سایر موارد جدی (حوادث پزشکی مهم)

نتیجه حادثه ناگوار: نیازمند بررسی به منظور پیشگیری از مرگ یا آسیب دائمی است

تاریخ حادثه: * (تکلیف کنید)

۴

مشخصات گزارش کننده:

نام:

نام خانوادگی:

کد ملی:

شغل:

۵

مشخصات وسیله پزشکی

نوع وسیله: دستگاه یکبار مصرف کاشتنی *

نام وسیله:

نام تجاری:

نام سازنده:

مدل:



فرآیند ثبت گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی:

ورود به پورتال: www.imed.ir

ورود به بخش: « گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی » (سامانه MDR)

انتخاب گزینه: « ثبت گزارش مشکل کیفی تجهیزات پزشکی »

امکان ثبت و ارسال گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی توسط:



ثبت گزارش مشکل کیفی تجهیزات پزشکی (توسط موسسات پزشکی و شرکت های تجهیزات پزشکی)



ثبت گزارش مشکل کیفی تجهیزات پزشکی (توسط عموم افراد جامعه)

سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی

www.imed.ir

ویژه ها

- سامانه های IMED
- گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی
- فراخوان - Recall
- اطلاعیه ها و هشدارهای ایمنی
- استعلام برچسب اصالت کالا
- تکمیل اطلاعات بدهی سفارشات بدون انتقال ارز

سامانه:

MDR (Medical Device Reporting)

به منظور ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی راه اندازی گردید.

گزارش های ارسالی توسط کارشناسان تجهیزات پزشکی بررسی و اقدام اصلاحی لازم صورت می پذیرد.

